유니트 체어 Daily 사용자 점검표

Point Implant

1. 유니트 체어 사용자 점검표 (Unit Chair User Checklist)

구분	주기	관리 방법 및 주의사항
석션 필터	매일	필터 망 찌꺼기 제거 및 세척, **락스 원액 사용 절대 금지** (경화 및 부식 원인)
메탈 석션 (NAOCL / 애칭)	매일	사용 후 반드시 물 1리터 이상 흡입하여 내부 세척 및 잔여물 제거
배수	매일	배수 상태 확인 및 청결 유지 **락스 절대 사용 금지**
체어 외관	즉시	레진, 치과 재료, 약품 등이 묻을 경우 즉시 세척 (변색 및 부식 방지)
진료등 (라이트)	매일	점등 및 밝기 상태 확인 **알코올 세척 절대 금지**

2. 핸드피스 관리 점검표 (Handpiece Checklist)

구분	주기	관리 방법 및 주의사항
하이 (High) 핸드피스	매일	사용 후 오일 세척(오일링) 및 멸균 진행
로우 (Low) 핸드피스	매일	사용 후 오일 세척(오일링) 및 멸균 진행
스트레이트/ 콘트라 앵글		
모터 (Air Motor)	주 1회	주 1회 정기적인 오일 세척 및 점검 진행

3. 에어/워터 누수 시 비상 조치 방법

밸브 방향 (—) 일 경우 : ON (사용 상태)

밸브 방향 (|) 일 경우 : OFF (차단 상태)

안전한 장비 사용을 위해 아래 주의사항을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

항목	주의사항
안전 사용	장비에 과도한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.
이상 발생	이상 소음이나 누수가 발생할 경우 즉시 사용을 중단해 주십시오. 임의로 분해하지 마시고, 당사 고객센터(CS)로 문의해 주시기 바랍니다.

(주)포인트 임플란트
본사 경기도 광명시 일직로 43, GIDC광명역 C동 7층, 8층, 25층
V5.0
대표전화 1600-2369